Переломы

Применение СКЭНАР-терапии при переломах на догоспитальном этапе (непосредственно после травмы и до оказания квалифицированной медицинской помощи) позволяет уменьшить боль, отек и создать благоприятные условия для сращивания костей.

Непосредственно после травмы.

Поставить электрод аппарата на место наибольших болевых ощущений. Режим – качающаяся частота. Интенсивность – высокая на пределе болевых ощущений. Время воздействия – до значительного снижения боли (приблизительно 20 мин).

После оказания квалифицированной медицинской помощи.

Воздействовать на место, симметричное перелому, на здоровой конечности. Режим прерывистый, воздействие комфортное. В первые 3-5 дней, такие процедуры следует проводить 2-3 раза, затем 1 раз в день до выздоровления.

Реабилитационные процедуры после снятия гипса.

Режим – постоянный, интенсивность – комфортная. Поврежденную конечность следует как бы массировать электродом аппарата. Движения электрода от периферии к центру.